



Pilote de traitement des eaux usées par boues activées, anoxie en tête, nitrification, dénitrification

Description

Description technique :

Le bassin d'oxydation est précédé d'un bassin d'anoxie, ce qui permet de caractériser et de différencier les étapes de dénitrification et de nitrification.

Le pilote se compose de :

- Un bac d'alimentation avec couvercle et sur roulettes
- Un bassin d'anoxie
- Un bidon de stockage de la base
- Un bassin d'aération avec deux niveaux de surverse avec couvercle
- Un bassin fond conique de décantation
- Une pompe péristaltique pour l'alimentation en substrat à débit variable sur séquenceur et son débitmètre
- Deux agitateurs (bassins d'anoxie et d'aération) avec affichage et régulation électronique de vitesse
- Un ensemble d'aération avec un diffuseur d'air en céramique
- Un compresseur air et son débitmètre air
- Une pompe péristaltique de recyclage de la liqueur mare
- Une pompe de dosage de solution basique asservie à la mesure de pH
- Une sonde de mesure d'oxygène dissous et son transmetteur
- Régulation par seuil de l'aération asservie à la mesure d'oxygène dissous
- Une sonde de mesure combinée pH/Redox avec son transmetteur

- Une armoire de commande regroupant les commandes M/A de la pompe, du compresseur et de l'agitateur. L'armoire comprend le transmetteur du capteur d'oxygène le transmetteur du pH/Redox
- Les raccordements sont réalisés en PVC et l'ensemble est monté sur châssis inox, noix aluminium.

Options :

Option 1 : cuve de décantation secondaire. Cette option est recommandée pour l'utilisation de l'eau traitée dans une chaîne de potabilisation.

Option 2 : système d'agitation dans la cuve d'alimentation comprenant : un circulateur et une sonde de niveau. Cette option est recommandée si la solution à traiter a un fort taux de matière en suspension.

Option 3 : recyclage des boues. Cette option est recommandée pour un processus de longue durée.

Option 4 : racleur dans le décanteur cylindro-conique.

Option 5 : système de régulation de température comprenant : un thermoplongeur et un régulateur.

Option 6 : système d'acquisition des données comprenant : une passerelle RS485-ethernet, un port Ethernet, logiciel d'acquisition (Autolink) et un PC portable.

Option 7 : système de supervision à distance (fourni avec un PC, automate et logiciel). Les vannes manuelles sont remplacées par des électrovannes.

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Traitement des eaux

Champs de Méta

Sku : MP44